Déclaration de conformité

Cette déclaration de conformité n'est valide que si l'appareil est utilisé conformément à ce manuel de l'opérateur

Nom du fabricant : Thermo Electron Corporation

Adresse du fabricant : Chadwick Road, Astmoor, Runcorn,
Cheshire, WA7 1PR
ANGLETERRE

Description du produit : Automate de coloration des lames

Désignation du produit : **Shandon Varistain® 24-4**

Références de commande : *74200001, 74200002, 74200003, 74200006, 74200007, 74200010, 74200011, 74200012, 74200013, 74200014*
(y compris les accessoires fournis en série)

Année du marquage (CE) : 1996

Ce produit a été déclaré conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

Directive sur le diagnostic in vitro 98/79/CE
Directive sur les basses tensions 73/23/CEE *(amendée par 93/68/CEE)*

Ce produit est conforme aux normes internationales suivantes :

EMC : EN61326
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Sécurité : CEI 1010-1
CAN / CSA - C22.2 N° 1010.1-92
UL N° 3101

Emis par : K. Waldron
Quality Manager
Thermo Electron Corporation
Anatomical Pathology, Clinical Diagnostics



Date : 1er octobre 2003

Les accessoires en option considérés comme étant soumis à la directive sur le diagnostic in vitro (DDIV) sont spécifiquement identifiés sur cette déclaration de conformité. Les fournitures supplémentaires d'accessoires standard sont traitées comme des pièces de rechange. Les appareils de confort fournis comme accessoires ne sont pas soumis à la DDIV